

## 使用4端子对标准电阻校准电池测试仪 BT3562, BT3563, BT3564的方法

在使用4端子对标准电阻校准电池测试仪 BT3562, BT3563, BT3564时, 请注意以下几点。

1. 对于标准电阻, 请使用1 kHz测量频率的 $R_s$  (等效串联电阻) 校准值。
2. 请按照如下方式进行接线。

