

加工中心和放电电源装置内的温度数据采集 A0009

通过无线测量加工中心和放电电源装置内的空间温度。

要点

- 通过无线通讯从各个测量单元向无线数据记录仪传输数据。
- 无线数据记录仪和单元间的通讯距离为可视距离最远 30m，有助于在配线困难的地方进行测量。
- 使用 1 台无线数据记录仪，最多可控制 7 个测量单元，能以 100ms 的采样率采集 105ch 的数据。
- 无线电压·温度单元，无线通用单元的使用温度范围是-20~60℃。
- 通过无线采集到的数据可以实时保存在附件中的 SD 卡内。



使用仪器

无线数据记录仪 LR8410-30

无线通用单元 LR8511

K 型热电偶

T 型热电偶

※ 记载的内容是根据 2013 年 12 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。